

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n.1 set-up per la caratterizzazione dei fenomeni di assorbimento e riflessione in free-space di materiali, metamateriali e metadispositivi nelle microonde composto da n.1 VNA a 2 porte con banda fino a 110 GHz e n. 1 Setup ottico per microonde per il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova.
CIG: B15CECE525 - CUP: C93C24001310002

FAQ

COMUNICAZIONE n. 1 del 16/05/2024

	DOMANDA	RISPOSTA
1)	Gent. ma amministrazione, in relazione alla gara in oggetto abbiamo trovato le seguenti specifiche: Power Level Accuracy tra 1 e 100 GHz: non superiore a +/- 2 dB. Power Level Linearity tra 1 e 100 GHz: non superiore a +/- 0.5 dB. Essendo questo Costruttore in grado di offrire Power Level Accuracy (tra 1 e 100 GHz) = +/- 2.3 dB e Power Level Linearity (tra 1 e 100 GHz) = +/-0.6 dB siamo a chiedere se sia possibile rispondere a questa richiesta di quotazioni alle prestazioni del sistema VNA disponibile nel nostro catalogo.	La Stazione appaltante sta procedendo alla rettifica dei criteri minimi menzionati nella richiesta di chiarimenti e alla rettifica dei termini di gara. Si prega di consultare periodicamente la procedura nel Portale Appalti e nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente ai link richiamati nei documenti di gara, per visionare gli aggiornamenti che verranno pubblicati, inclusa la documentazione di gara rettificata.
2)	<p>1) In riferimento ai termini per esecuzione della installazione e della formazione si richiedono chiarimenti poiché esiste una discrepanza tra il Disciplinare, Capitolato Tecnico e Capitolato Amministrativo. Si richiede di confermare se i termini per l'installazione e formazione siano in 30 giorni naturali o lavorativi.</p> <p>2) Si richiede di confermare se la competenza per le controversie derivanti dalla presente procedura sia del Tribunale di Padova come all'art 24.4 del Capitolato Amministrativo oppure del Tribunale amministrativo regionale del Veneto con sede in Venezia come in art. 28 del Disciplinare di gara.</p> <p>3) In riferimento alla procedura, [omissis] ritiene che non si applichi subappalto, nonostante siano presenti in offerta prodotti</p>	<p>1) Si precisa che, per mero errore materiale, alcuni termini sono stati indicati in giorni lavorativi, ma i giorni richiesti per l'installazione e della formazione si devono intendere come 30 giorni naturali.</p> <p>2) Giurisprudenza costante (si veda fra le altre Cassazione Civile sez. un. 29/08/2023 n. 25427) in materia di appalti pubblici conferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative alla fase di svolgimento delle procedure di affidamento di appalti pubblici, mentre per le fasi di esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario, salvo quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett. e) del codice del processo amministrativo. Pertanto si conferma quanto scritto nei documenti di gara.</p> <p>3) Si rimanda all'art. 119 comma 3 in relazione alle attività che non costituiscono subappalto.</p>

	non [omissis] in percentuale significativa (circa 40%), in virtù dell'art. 119 del Codice degli Appalti e della presenza di un contratto worldwide in essere tra la ns. società e la società partner [omissis], di cui rivendiamo il materiale. Vi preghiamo di segnalarci eventuali dubbi o domande in merito. Distinti Saluti	
--	---	--

Il Responsabile del Procedimento
prof. Gaudenzio Meneghesso