

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di una camera anecoica da installarsi presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Padova, per conto del Centro Ricerche e Fusione (CFR) - Via Gradenigo 6/a, Padova.

CUP: B53C22003070006

CIG: A03E94788C

FAQ n. 3

COMUNICAZIONE n. 3 del 23/01/2024

	DOMANDA	RISPOSTA
4)	A seguito del sopralluogo effettuato, si constata la necessità di disporre di una planimetria aggiornata del locale che identifichi l'area disponibile destinata alla camera anecoica. Con la presente si fa richiesta di tale planimetria riportante le metrature.	Si fornisce la planimetria aggiornata del locale che identifica l'area disponibile destinata alla camera anecoica denominato "Allegato Planimetria aggiornata", utile per la fase esecutiva della procedura in oggetto.
5)	Si chiede se per camera "Full Anechoic", si intenda: 1 - che sia completamente ricoperta di coni assorbenti; 2- che sia rivestita da ferriti e coni assorbenti; 3 - che abbia un parziale rivestimento di soli coni assorbenti.	Per Full anechoic si intende che la camera abbia il pavimento ricoperto di materiale assorbente (ferriti e coni) per evitare riflessioni e simulare condizioni "free space". Questo permette di condurre misure EMI a 3m come da normativa CISPR 16-1-4.

Il Responsabile del Procedimento
Prof. Paolo Bettini