

Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'Ampliamento per la realizzazione del Pronto Soccorso presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Legnaro (Pd)"
CUP: C23H19000760005 - CIG: B5FFE6610B

FAQ n. 4

COMUNICAZIONE N. 4 del 7 aprile 2025

DOMANDA	RISPOSTA
20) In caso di partecipazione in qualità di Consorzio tra imprese artigiane ex art. 65, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 che indica un'impresa consorziata per l'esecuzione dei lavori ed un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti per le attività di progettazione, si chiede conferma che l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione sia dovuto solo dal Consorzio stesso e non anche dalla consorziata e dal RTP (che compileranno ciascuno una propria domanda di partecipazione).	20) Come specificato al punto 15.2.1 del disciplinare di gara la domanda di partecipazione è preferibilmente unica; diversamente, se non unica, si applicano le disposizioni sul bollo previste dalla normativa vigente.
21) Il facsimile della Dichiarazione riportante la composizione offerente non è presente né nel format per il caricamento dell' offerta tecnica, né nella pagina dei Dati Generali in cui sono allegati tutti documenti da produrre. Possiamo provvedere con un documento nostro interno o dobbiamo produrre un format da voi indicato.	21) Non è disponibile un fac-simile per la dichiarazione riportante la composizione del progettista di cui al Capo 16, lett. c) del disciplinare, pertanto è corretto allegare un documento ove riportare le informazioni richieste al Capo 16, lett. c) del disciplinare a cui si rinvia.
22) Quadri elettrici. Si richiedono gli schemi unifilari dei quadri elettrici per poter fare una valutazione più precisa.	22) Gli schemi unifilari dei quadri sono riportati all'interno dell'elaborato D-006 Relazione impianti elettrici e speciali.
23) Q1. Dall'esame degli elaborati a base di gara, sembrano mancare gli schemi unifilari dei quadri elettrici. Si chiede di poter disporre di tali documenti al fine di valutare correttamente l'impatto di quadri elettrici e cavi nel computo impianti. Q2.	23) Q1. Gli schemi unifilari dei quadri sono riportati all'interno dell'elaborato D-006 Relazione impianti elettrici e speciali. Si rinvia alla risposta n. 22.

<p>Con riferimento al Disciplinare di gara e, in particolare, al CRITERIO C: SOSTENIBILITÀ E GESTIONE INFORMATIVA DELL'INTERVENTO, si legge che, nel Sub criterio C.1, sono richieste "migliorie che il concorrente intende apportare ai criteri 2.7.1 allegando il certificato richiesto". Il criterio 2.7.1 attiene alla "Competenza tecnica dei progettisti" ed è premiata la situazione che "includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024."</p> <p>Si chiede di confermare che, per ottemperare alla richiesta, sia adeguata la figura di un professionista "Esperto di Gestione dell'ENERGIA – EGE" certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009 da un organismo conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.</p> <p>Q3. In merito al CRITERIO E, nella documentazione da presentare viene richiesto di "<i>allegare certificazione</i>". Si chiede se si tratta di refuso o, in alternativa, di chiarire quale certificazione sia richiesta.</p> <p>Q4. In riferimento alla certificazione richiesta per il sottocriterio C.2 si chiede di chiarire se questa possa essere posseduta dai progettisti indicati o in alternativa posta da essi in avalimento premiale.</p> <p>Q5. Si chiede se il progetto definitivo a base di gara sia stato redatto con metodologia BIM.</p> <p>Q6. A pagina 47 del Disciplinare viene richiesto l'inserimento in busta tecnica di una "Dichiarazione sulla composizione dell'Offerente". Si chiede se sia disponibile un format.</p> <p>Q7. Si chiede conferma del fatto che l'impresa (avente SOA OG1 v classifica) possa partecipare alla procedura di gara come impresa singola,</p>	<p>Q2. Si conferma che è adeguata la figura dell'"Esperto di Gestione dell'ENERGIA – EGE" con certificato in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11339:2009 rilasciato da un organismo conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.</p> <p>Q3. Si tratta di refuso come già specificato in risposta alla FAQ n. 3 del 03.04.2025 risposta 13 lett. B.</p> <p>Q4. La certificazione deve essere posseduta dal concorrente. I progettisti indicati non assumo la veste di operatori economici che concorrono alla gara. Si rammenta che solo il concorrente può fare avalimento, sia operativo che premiale.</p> <p>Q5. Il progetto definitivo a base di gara non è stato redatto con metodologia BIM, come indicato nell'elaborato D-028 Capitolato informativo.</p> <p>Q6. Non è disponibile un fac-simile, si rinvia a quanto specificato alla risposta nr. 21 del presente documento.</p> <p>Q7. Si conferma quanto prospettato, purchè il concorrente possa beneficiare dell'aumento del quinto della classifica della categoria prevalente e sussista anche l'ulteriore condizione della copertura di importo nella categoria prevalente dell'importo</p>
---	--

ovviamente dichiarando il 100% del subappalto della categoria OG11 e OS18A.	oggetto di subappalto qualificante per le categorie scorporabili.
24) Elettropompe Da schema della CT le elettropompe sono tutte gemellari, si chiede conferma della scelta prevista	24) Si conferma che le elettropompe sono gemellari, ad eccezione del ricircolo sanitario.
25) Criterio A, servizi da presentare. Si chiede di specificare se i servizi presentati nel sub-criterio A1 possono essere n. 2? Si chiede anche se i servizi presentati nel sub-criterio A2 possono essere diversi da quelli del precedente sub-criterio A1?	25) Possono essere presentati al massimo 2 servizi per sub-criterio, quindi due servizi per il sub-criterio A1 e due per il sub-criterio A.2. I servizi presentati per il sub-criterio A.2 possono essere diversi da quelli presentati per il sub-criterio A.1.
26) Richiesta chiarimento criterio A. Con riferimento al Criterio A Professionalità e adeguatezza desunta dai servizi svolti, si chiede gentilmente di confermare se il numero massimo di servizi spendibili sia pari a 2 per ciascun sub-criterio A.1 e A.2, per un totale di 4 servizi complessivi (massimo due per il sub-criterio A.1 e massimo due per il Sub-criterio A.2	26) Si conferma e si rinvia alla risposta nr. 25 del presente documento.
27) CCNL INDICATI A PAGINA 11 DEL DISCIPLINARE I CCNL F012 (edilizia industria) e C011 (metalmecchanica industria), sono idonei a soddisfare i CCNL indicati a pagina 11 del disciplinare?	27) Si conferma.
28) Progettisti documentazione da presentare. La presente per chiedere se i progettisti indicati devono presentare solamente il DGUE.	28) I progettisti indicati devono presentare un loro DGUE e devono compilare e sottoscrivere la Domanda di partecipazione, contenente anche le dichiarazioni riferite alla sua figura.
29) Calcolo strutture mancante - elaborato D-002. Con la presente per evidenziare che tra la documentazione posta a base di gara non è presente la relazione di calcolo delle strutture, documento D-002 pur indicato nell'elenco elaborati.	29) L'elaborato D-002 è presente tra gli elaborati progettuali.
30) Richiesta chiarimenti riferita al modello BIM. Con la presente si chiede la messa a disposizione dei Concorrenti il modello BIM del progetto posto a base gara.	30) Il progetto definitivo a base di gara non è stato redatto con metodologia BIM, come indicato nell'elaborato D-028 Capitolato informativo.

<p>31) Richiesta chiarimento sui sub-criterio A.1, A.2. In merito al criterio A alla dicitura si valuterà la capacità professionale dell'offerente desunta da un numero massimo di 2 servizi di architettura e di ingegneria eseguiti, riferiti a ciascun sub-criterio A.1, A.2 affini al servizio, si chiede di specificare se la quantità di n.2 servizi è riferita al singolo sub-criterio, quindi in totale 4 servizi relativi al criterio A.</p>	<p>31) Si conferma che la quantità di n. 2 servizi è riferita a ciascun singolo sub-criterio, per un totale di massimo n. 4 servizi relativi al criterio A.</p>
<p>32)</p> <p>Si chiede cortesemente:</p> <p>a) di fornire l'abaco dei serramenti in quanto non rinvenuto tra gli elaborati di gara;</p> <p>b) di confermare che per quanto riguarda il sub-criterio A1 del disciplinare, la relazione descrittiva di 2 facciate A3, si intenda 2 facciate A3 per ogni servizio.</p> <p>c) di confermare che per quanto riguarda il subcriterio A2 del disciplinare, la relazione descrittiva di 2 facciate A3, si intenda 2 facciate A3 per ogni servizio.</p>	<p>32)</p> <p>a) Il dettaglio degli elaborati di progetto è adeguato per il livello di progettazione definitiva ed è stato confermato dall'organo verificatore. Gli abachi dei serramenti e delle porte, essendo elaborati di definizione esecutiva, dovranno essere predisposti nell'ambito della redazione del progetto esecutivo.</p> <p>A chiarimento si specifica che nell'elaborato "D-012 - Opere architettoniche - Computo Metrico Estimativo" alle varie voci sono riportate in dettaglio dimensioni e tipologia di serramenti e porte, oltre al codice di riferimento che rimanda agli elaborati "201 - Progetto - Piano terra", "202 - Progetto - Piano primo" e "203 - Progetto - Piano secondo - Coperture"; inoltre, quanto ai serramenti esterni, nell'elaborato "D-013 - Opere architettoniche - Analisi Prezzi" all'analisi del prezzo "N.P. 15 - SERRAMENTI ESTERNI" è specificato che 54 finestre sono dotate di sistema di apertura anta a ribalta.</p> <p>b) Le n. 2 facciate A3 richieste per la relazione descrittiva sono da intendersi per il sub-criterio A1 nel suo complesso.</p> <p>c) Si veda quanto risposto al precedente punto.</p>

<p>33) con la presente si chiede la pubblicazione delle tavole denominate 809 e 810. Si fa menzione delle stesse tavole nella relazione sulle interferenze doc. D-34. Grazie</p>	<p>33) I contenuti delle tavole denominate 809 e 810 sono stati riportati sulle tavole 605 <i>PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Piante, profili e sezioni-Rete acque meteoriche</i>, 606 <i>PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Piante, profili e sezioni-Rete acque nere</i>, 607 <i>PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Planimetria sottoservizi</i>.</p>
<p>34) Con la presente si chiede se vi sarà la possibilità di allacciarsi a quadro/cabina esistente che possa erogare 75 Kw di potenza. Grazie</p>	<p>34) E' possibile allacciarsi a quadro/cabina esistenti che può erogare 75 kW di potenza.</p>
<p>35) Si chiede una tavola grafica dove poter dedurre la posizione della Cabina Elettrica di Trasformazione MT/BT e del Gruppo Elettrogeno che alimenteranno il nuovo Quadro Generale del Pronto Soccorso. Infine si chiede conferma che il limite di fornitura dell'Appalto è a valle degli interruttori presenti nel Q.G.B.T. esistente (anche questi esclusi dall'Appalto)</p>	<p>35) Si riporta foto aerea con indicazione della posizione della cabina elettrica e del gruppo elettrogeno esistenti che alimenteranno l'edificio in ampliamento, come illustrato in dettaglio nell'elaborato <i>D-006 Relazione impianti elettrici e speciali</i>. Il corpo edilizio della suddetta cabina è riportato nell'elaborato grafico <i>102 STATO ATTUALE Planimetria generale</i> (in basso a destra all'interno della planimetria).</p> <p>Le lavorazioni in cabina elettrica esistente e la fornitura del gruppo elettrogeno sono escluse dal presente appalto. Si conferma che i lavori dell'appalto iniziano dalle linee a valle del QGBT esistente (esclusi gli interruttori di alimentazione da installare nel QGBT esistente).</p> 

<p>36) Si chiede quanto segue:</p> <p>1) al CRITERIO C: SOSTENIBILITA' E GESTIONE INFORMATIVA DELL'INTERVENTO, punto C.1 di pag.50 si fa riferimento ai criteri del punto 2.7.1 dell'elaborato D.024 Relazione CAM, che però non è presente nell'elaborato. Si chiedono spiegazioni.</p> <p>2) tra gli elaborati messi a disposizione, il documento D.018 E.P. STRUTTURE è in realtà E.P. IMPIANTI, che risulta pertanto doppio. Vogliate cortesemente mettere a disposizione l'E.P. Strutture.</p>	<p>36)</p> <p>1) Il criterio di cui al punto 2.7.1 "Competenza tecnica dei progettisti" non è contenuto nell'elaborato D.024 Relazione CAM, bensì nel DM 23 giugno 2022 n. 256, che lo prevede tra i Criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione. Il criterio C.1. intende premiare le migliori apportate ai criteri 2.7.1, 4.3.6 e 4.3.7 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256</p> <p>2) Si allega l'elaborato aggiornato D-018_PSV_D_St_EP all'interno del Progetto. Si specifica tuttavia che l'elaborato <i>D-016 PROGETTO STRUTTURE Opere strutturali Computo Metrico Estimativo</i> riporta tutti i prezzi relativi.</p>
<p>37) Si chiede, cortesemente, di mettere a disposizione gli schemi unifilari dei quadri elettrici, non rinvenuti nella documentazione di gara.</p>	<p>37) Gli schemi unifilari dei quadri sono riportati all'interno dell'elaborato <i>D-006 Relazione impianti elettrici e speciali</i></p>
<p>38) Si chiede di confermare che l'offerta tecnica non debba essere firmata anche dai progettisti.</p>	<p>38) L'offerta tecnica deve essere firmata anche dai progettisti, a meno che il concorrente non ricorra alla figura del/dei progettisti indicati che non sono tenuti a firmare l'offerta tecnica come indicato al Capo 17 del disciplinare a cui si rinvia.</p>
<p>39) Si chiede cortesemente se è possibile avere un abaco relativo ai serramenti e alle porte.</p>	<p>39) Il dettaglio degli elaborati di progetto è adeguato per il livello di progettazione definitiva ed è stato confermato dall'organo verificatore. Gli abachi dei serramenti e delle porte, essendo elaborati di definizione esecutiva, dovranno essere predisposti nell'ambito della redazione del progetto esecutivo. A chiarimento si specifica che nell'elaborato "D-012 - Opere architettoniche - Computo Metrico Estimativo" alle varie voci sono riportate in dettaglio dimensioni e tipologia di serramenti e porte, oltre al codice di riferimento che rimanda agli elaborati "201 - Progetto - Piano terra", "202 - Progetto - Piano primo" e "203 - Progetto - Piano secondo - Coperture"; inoltre, quanto ai serramenti esterni, nell'elaborato "D-013 - Opere architettoniche - Analisi Prezzi" all'analisi del prezzo "N.P. 15 - SERRAMENTI ESTERNI" è specificato che 54 finestre sono dotate di sistema di apertura anta a ribalta.</p>

--	--

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Giada Barison